

Объявление № 16

о закупке способом запроса ценовых предложений медицинского оборудования (аудиометров)

г. Атырау

11.11.2021 г.

КТП на ПХВ «Атырауская областная детская больница» Управления здравоохранения Атырауской области, объявляет о начале проведения закупки медицинского оборудования (аудиометров), в соответствии с главой 9 Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от «04» июня 2021 года, «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

Месторасположение организатора закупки (почтовый адрес): 060009, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, микрорайон Авангард-3, ул. Курмангазы, 9А.

Товар поставляются по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, микрорайон Авангард-3, ул. Курмангазы, 9А.
Условия поставки: на условиях DDP, по ИНКОТЕРМС 2010.

Место представления и окончательный срок подачи ценовых предложений от потенциальных поставщиков: 060009, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, микрорайон Авангард-3, ул. Курмангазы 9А (здание КТП на ПХВ «Атырауская областная детская больница» Управления здравоохранения Атырауской области, административный корпус, 2 этаж, Отдел государственных закупок и/или приемная директора), срок по «18» ноября 2021 г., до 15:00 часов, включительно.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «18» ноября 2021 г., в 15:15 часов, административный корпус, 2 этаж, в конференц-зале.

Потенциальный поставщик (участник) до истечения окончательного срока представления ценовых предложений должен представить ценное предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать ценовые предложения по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права потенциального поставщика (участника) на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

На конверте также должно быть указано:

- 1) Полное наименование потенциального поставщика (участника);
- 2) Юридический и фактический адреса потенциального поставщика (участника);
- 3) Контакты потенциального поставщика (участника);

- 4) На конверте также должно быть прописано: «Ценовое предложение по объявлению на закупке медицинского оборудования (аудиометров), способом ЗЦП № 16 от 11.11.2021 года»

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку медицинского оборудования с соблюдением условий запроса (настоящего объявления) и типового договора закупки по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Перечень закупаемого медицинского оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Общее кол-во, объем закупки	Объявленная цена	Суммы по объявлению
1	Аудиометр импедансный Titan	Комплект	1	10 100 000,00	10 100 000,00
2	Аудиометр диагностический AD 629	Комплект	1	3 500 000,00	3 500 000,00
Итого в общем по МТ:					13 600 000,00

В общем по объявлению: 13 600 000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге, 00 тиын

Директор
КТП на ПХВ «Атырауская областная детская больница» УЗ АО

Айтмухамбетов Н. А.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аудиометр импедансный Titan
с модулем отоакустической эмиссии и КСВП
Производитель: INTERACOUSTICS A/S, Дания

Наименование параметра		Значение
I. Технические характеристики		
Тимпанометрия		
- Частоты зондирующего тона:		Наличие
- Уровень зондирующего тона		226 Гц
- Функция AGC (APU) автоматическая регулировка усиления для предотвращения чрезмерных уровней стимула в зависимости от объема слухового прохода		69 дБ
- Диапазон изменения давления воздуха		Наличие
- Расширенный диапазон давления		От - 600 дПа до + 300 дПа
- Скорость накачки		От - 750 дПа до + 550 дПа
- Эквивалентный объем		В автоматическом режиме
Автоматическая накачка давления		От 0,1 до 8,0 ml при 226 Гц
Рефлексометрия (Скрининг/ порог)		Наличие
Ипсилатеральная стимуляция:		Наличие
Частота		0,5, 1, 2, 3, 4 кГц
Стимул:		
Широкополосный шум		Наличие
НЧ шумы		Наличие
ВЧ шумы		Наличие
Задержанная вызванная отоакустическая эмиссия ТEOAE		
Диапазон частот		От 1000 до 4500 Гц
Шаг частоты		1 Гц (пользовательские диапазоны)
Тип стимула		Линейный и нелинейный
Уровень		От 60 до 84 дБ УЗД, калиброван от пика до пика, контроль АРУ
Шаг уровня		1 дБ
Частота предъявления		
Допуск стимула		43,5 – 80 Гц
Регистрация		Настраиваемый между 1 и 3 дБ
Время анализа		От 5 секунд до 6 минут
Система устранения артефактов		От 0 до 60 дБ УЗД или выключена
Критерии ОСШ		Настраиваемые между 5 и 25 дБ
Критерии ТEOAE		SNR, мин. свипы, мин. общая OAE, мин. уровень TE, обязательные

		диапазоны
скрининг КСВП ABRIS		
Предусилитель Одноканальный		3 электрода. 50 см Переключаемый: Программа автоматически переключает мастоид и землю при мастоидальном расположении. Пользователю не приходится переключать электроды в процессе обследования.
Усиление		64 дБ
Частотный отклик		0,5 - 5000 Гц
Отношение сигнал/шум		90 дБ
Входное сопротивление		10 МОм
Питание		Изолированный источник питания
Стимуляция Стимулы		Диапазон щелчка (200 Гц - 11 кГц) Диапазон SE-Chirp® (200 Гц - 11 кГц) Диапазон HiLo SE-Chirp® (Lo - до 1,5 кГц) & (Hi - свыше 1,5 кГц)
Диапазон		0,5 кОм - 25 кОм
Частота предъявления		90 Гц
Уровень		30 дБ нПС, 35 дБ нПС, 40 дБ нПС
Общие характеристики		
Жидкокристаллический дисплей для отображения результатов тестов		Наличие
Связь с ПК		Беспроводная связь Bluetooth
Управление всеми функциями прибора с ПК в режиме реального времени		Наличие
Габариты:		длина, ширина, высота (ДхШхВ), не более: 6 см х 6 см х 28 см.
Масса		не более 360 грамм
Замена аккумулятора без специального инструмента		наличие
Органы управления:		
3 физические функциональные кнопки, значение которых меняется в зависимости от пункта меню на экране		Наличие
2 физические кнопки выбора обследуемого уха		
2 физические кнопки перемещения по меню		
Разъемы:		
-разъем для подключения к подставке		Наличие
- порт mini USB		
2. Комплект поставки		
Аудиометр импедансный		Наличие
Зарядное устройство		Наличие
Пробник		Наличие
Аккумуляторная батарея		2 шт.
Предусилитель		Наличие

	Набор кабелей для подключения электродов	Наличие
	Набор самоклеящихся электродов	Наличие
	Гель для подготовки кожи	Наличие
	Спиртовые салфетки	Наличие
	USB адаптер постоянного тока	Наличие
	Набор ушных вкладышей	Наличие
	Шнур электропитания	Наличие
	Тестовые полости	Наличие
	Кабель связи с ПК	0,2 куб. мм, 0, 5 куб. мм, 2 куб. мм, 5 куб. мм
	Кейс для переноски	Наличие
	Программное обеспечение на CD (IMP440, ABRIS440, TEOAE440)	Наличие
	База данных для ведения учета пациентов на русском языке	Наличие
	Инструкция по эксплуатации на русском и казахском языке	Наличие
3. Гарантийное и сервисное обслуживание		
	Гарантийный срок	12 месяцев
	Гарантийное сервисное обслуживание	37 месяцев
	Сроки поставки	10 дней

Технические характеристики
Аудиометр диагностический AD 629
 Производитель Interacoustics A/S, Дания

Технические характеристики		Наличие функций/ величина параметра
1	Аудиометрия	
1.1	Воздушное звукопроводение	от -10 до 120 дБ
1.2	Костное звукопроводение	от -10 до 80 дБ
1.3	11 тестовых частот	от 125 до 8000 Гц с промежуточными частотами
1.4	Тестовый сигнал	Тон/трель/импульс
1.5	Предъявление тона	Ручное или реверсивное
1.6	Речевая аудиометрия	Наличие
2	Маскировка	Наличие
2.1	Маскировка узкополосным шумом	Наличие
2.2	Маскировка белым шумом	Наличие
2.3	Маскировка речевым шумом	Наличие
2.4	Режим ручной маскировки	Наличие
2.5	Режим синхронной автоматической маскировки	Наличие
3	Встроенные тесты	Наличие
3.1	Автоматическое определение порога слуха	Наличие
3.2	ABLB	Наличие
3.3	SISI	Наличие

3.4	Stenger		Наличие
3.5	Speech		Наличие
3.6.	Békésy		Наличие
3.7.	Langenbeck		Наличие
3.8.	Weber		Наличие
4	Конструктивные особенности		Наличие
4.1	Экран		Цветной, регулируемый по углу наклона, диагональ 14,5 см., разрешение экрана 640x480 пикселей
4.2	Внутренняя память		Встроенная память на 500 пациентов/ 50 000 тестовых сессий
5	Прочие требования		
5.1	Размер		36,5x29,5x6,5 см
5.2	Вес		3,3 кг
5.3	Бесшумные аттенозаторы		Наличие
5.4	Шаг изменения интенсивности		1,2,5 дБ
5.5	Съемный микрофон для общения с пациентом и проведения речевой аудиометрии		Наличие
5.6	Наличие входов для подключения звукоусиливающей аппаратуры для проведения аудиометрии в свободном звуковом поле		Наличие
5.7	Наличие портов для связи с компьютером, принтером		Наличие
5.8	Световая индикация многовариантных клавиш с регулировкой яркости свечения		наличие
5.9	Встроенный источник питания		наличие
5	Комплектация		
5.1	Головные телефоны		Наличие
5.2	Костный вибратор В71		Наличие
5.3	Кнопка ответа пациента		Наличие
5.4	Кабель питания		Наличие
5.5	Микрофон на гнушейся ножке		Наличие
5.6	Громкоговоритель, АЛ57 - 2 шт.		Наличие
5.7	Программный управляющий модуль для подключения аудиометра к ПК на русском языке		Наличие
5.8	Сертификат СИ		Наличие
5.9	Гарантия		Наличие
6.0	Гарантийное сервисное обслуживание		12 месяцев
			37 месяцев

исп. Абенюв Р. Д.
тел.: +7 (7122) 76-36-46

Абенюв