

Приложение 4 к правилам организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

Объявление № 14

о закупке способом запроса ценовых предложений медицинского изделия лекарственных средств и т. д. на 2024 год

г. Атырау
02.07.2024 г.

КГП на ПХВ «Атырауская областная детская больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г. Атырау, ул. Курмангазы, 9А. объявляет о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на 2024 год в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий

№ лота	Наименование	Кр. описание	Ед. изм.	Общее кол-во	Цена объявл.	Общая сумма	График поставок
1	WATER FILTER FEMALE/FEMALE	Водяной фильтр используется для очистки воды в системе анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	172454	172454	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
2	FILTER AIR	Воздушный фильтр обеспечивает очистку воздуха, поступающего в систему анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением	1	набор	53350	53350	В течение 15 рабочих дней по

		медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.					заявке заказчика
3	FILTER VENT 25MM	Вентиляционный фильтр диаметром 25 мм используется для вентиляции и защиты системы от загрязнений для анализатора Advia Centaur ХРТ. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	177980	177980	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
4	LABEL UPS BATTERY INSTALLATION	Наклейка обеспечивает правильную установку батареи ИБП для анализатора Advia Centaur ХРТ. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	25894	25894	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
5	BEARING JOURNAL . 190ID .315OD 3/8L	Подшипник с внутренним диаметром 0.190 дюйма, внешним диаметром 0.315 дюйма и длиной 3/8 дюйма используется в механизмах анализатора Advia Centaur ХРТ для снижения трения. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	2074	2074	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
6	TBG SILICON .194 OD X.062 ID	Силиконовая трубка с внешним диаметром 0.194 дюйма и внутренним диаметром 0.062 дюйма используется для транспортировки жидкостей в системе анализатора Advia Centaur ХРТ. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	8813	8813	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

7	FTG CHECKVALVE	<p>Обеспечивает односторонний поток жидкости в системе анализатора Advia Centaur ХРТ.</p> <p>Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	2765	2765	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
8	GASKET, WATER TRAP	<p>Прокладка для водяного трапа предотвращает утечки в системе водяного трапа анализатора Advia Centaur ХРТ. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	1102	1102	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
9	PUMP TRANSFER POPPET VALVES VITON	<p>Используются в насосах для перекачки жидкостей анализатора Advia Centaur ХРТ.</p> <p>Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	32573	32573	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
10	LUB SILICONE OIL	<p>Используется для смазки механических частей анализатора Advia Centaur ХРТ.</p> <p>Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	12614	12614	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
11	FTG CHECKVALVE	<p>Обеспечивает односторонний поток жидкости в системе анализатора Advia Centaur ХРТ.</p> <p>Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	2765	2765	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

12	TBG SILICON .194 OD X.062 ID	<p>Силиконовая трубка с внешним диаметром 0.194 дюйма и внутренним диаметром 0.062 дюйма используется для транспортировки жидкостей в системе анализатора Advia Centaur ХРТ.</p> <p>Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	8813	8813	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
13	KIT, ASPIRATE PROBE GUIDE	<p>Обеспечивает точное положение и движение аспирационного зонда анализатора Advia Centaur ХРТ.</p> <p>Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	56743	56743	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
14	Pinch Valve Vent Tbg Kit	<p>Используется в системе вентиляции заземляющего клапана анализатора Advia Centaur ХРТ.</p> <p>Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	11858	11858	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
15	KITS ASPIRATE TUBING ХРТ	<p>Используется для транспортировки проб в системе анализатора Advia Centaur ХРТ.</p> <p>Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	196884	196884	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
16	Inverted Cone 2.5MM ETFE White	<p>Используется в качестве переходного элемента в системе анализатора Advia Centaur ХРТ.</p> <p>Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.</p>	1	набор	150688	150688	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		обеспечения.					
17	TBG LDPE .058 ID X .100 OD	Используется для транспортировки жидкостей в системе анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	2182	2182	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
18	1/4-28 MALE THD PEEK FITTING	Используется для соединения трубок и других компонентов в системе анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	100391	100391	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
19	KIT, LUBRICATING FILTER , SMPL PROB	Обеспечивает смазку и защиту фильтра и пробозаборника анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	60867	60867	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
20	TUBING 3/32 ' X 7/32 ' LMT-55	Используется для транспортировки жидкостей в системе анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	1663	1663	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
21	HOSE OD 1/4 ' x ID 1/8 ' LMT-55	Используется для транспортировки жидкостей в системе анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор	1	набор	3736	3736	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.					
22	FITTING 1/8 BARB Y 200 SERIES	Используется для соединения трубок в системе анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	103977	103977	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
23	XPT PINCH VALVE TUBING KIT	Используется для управления потоком жидкости через заземляющий клапан анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1	набор	121694	121694	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
24	XPT-FM1 FITTING ASSY	Используется для соединения различных компонентов системы анализатора Advia Centaur XPT. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	4	набор	11884	47536	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
Итого						1 359 416	

Месторасположение организатора закупа: г. Атырау, ул. Курмангазы, 9А.

Товар поставляется: г. Атырау, ул. Курмангазы, 9А.

Условия поставки: DDP по ИНКОТЕРМС 2010.

Место представления и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Атырау, ул. Курмангазы 9А (здание КГП на ПХВ «Атырауская областная детская больница» УЗ АО, административный корпус, 2 этаж), по 10.07.2024 г. в 11:00 ч включительно.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 10.07.2024 г. в 11:10 ч, в конференц-зале.

Конверт должен содержать ценовые предложения, разрешение, подтверждающее права потенциального поставщика на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

На конверте должно быть указано:

- 1) Полное наименование потенциального поставщика;
- 2) Юридический и фактический адреса потенциального поставщика;

3) Номер телефона (ов);

4) На конверте также должно быть прописано: «По объявлению ЗЦП № 14 от 02.07.2024 г.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой его выражения согласия осуществить поставку с соблюдением условий настоящего запроса. Представляемые расходные материалы и медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в настоящем запросе (объявлении).

Директор



Айтмухамбетов Н. А.